

# ООО «Химпласт»

Паспорт № 17

## Клеенка Поливинилхлоридная медицинская компрессионная

Партия № 32

Дата изготовления 30.03.2018

Количество рулонов 1352

### ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование	Значение	Требования нормативного документа
1	Размеры:		
	Толщина, мм	0,100 (+0,015)	0,100
	Ширина, м	1,400	1,400
	Длина в 1 рулоне, м	100	100
2	Внешний вид: Поверхность	Соответствует	Гладкая однородная поверхность с равнообрезанными краями. Допускается незначительная шероховатость, помятость в начале намотки на шпулю, мелкие пузыри.
	Цвет	Соответствует	Натуральный / неокрашенный  20
	Количество прозрачных точек «рыбий глаз» в 1см.куб шт, не более	Соответствует	15
	Количество посторонних включений диаметром до 0,5мм на 1кв.м. шт, не более	Соответствует	15
3	Прочность при растяжении Мпа (кг на кв.см), н менее	Соответствует	12,8 (130)
4	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	Соответствует	100
5	Гигроскопичность %, не более	Соответствует	0,35
6	Испытания на устойчивость клеенки к дезинфекции	Выдержала	Не допускаются изменения внешнего вида клеенки

Контролер

Лаборант

Заключение: Клеенка соответствует показателям  
качества, указанным в НД

