



ПАО

«Стеклоприбор»



Система управления
качеством сертифицирована
в соответствии с требованиями
стандарта ISO 9001

ул. Червоноармейская, 18, г. Червонозаводское Лохвицкого р-на
Полтавской обл., Украина, 37240, идентификационный код 14307481

Приемная тел./факс: (05356) 3-71-00, 3-71-01. E-mail: info@steklopribor.com, steklopribor@ukr.net
Отдел сбыта тел./факс: (05356) 3-71-11, т/с 260068093 в АБ "Полтава-банк" МФО 331489;
Инд. налоговый номер 143074816177, свидетельство №100295535 о регистрации плательщика НДС

Торговый дом завода - ООО "Виктер", 04210, Украина, г. Киев, пр. Героев Сталинграда, 2г, корпус 1.
Тел./факс: (044) 581-11-40, 581-11-41

№ 362 от "06" "08" 2015 г.

К сведению потребителей

Настоящим, информируем о том, что гигрометры психрометрические ВИТ-1 и ВИТ-2, произведенные на ПАО «Стеклоприбор» по техническим условиям ТУ 3 Украины 14307481.001-92 относятся к умеренно безопасным изделиям.

В случае разрушения гигрометра, образуется 40 г стекла и 6 г термометрической жидкости (толуол). Такое количество отходов не оказывает вредного воздействия на человека.

Утилизация гигрометров в Российской Федерации проводится в соответствии с Федеральным Законом №309 «Об отходах производства и потребления» и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

С уважением,
Председатель правления
ПАО «Стеклоприбор»



Р.Г. Мазманян