

ООО "ХБК "Навтекс"
Россия, Ивановская область,
г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 1

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 24362

Наименование продукции:

бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014

Размер: 7*14 № партии: 24362 № заказа: 855

Кол-во изделий в партии: 41 760

Кол-во изделий в упаковке: 360

Упаковка уп (24 шт)

Дата изготовления: IV кв. 2021г.

Срок годности: 5 лет

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Результат испытаний
1	Длина, м	7,0 ± 0,3	6,85
2	Ширина, см	14,0 ± 0,5	13,8
3	Поверхностная плотность, г/м ²	30 ± 2	29,2
4	Белизна, %	Не менее 80	81,3
5	Разрывная нагрузка, кг/с	Не менее 6,0	6,5
6	Капиллярность, см/час	Не менее 7,0	7,8

Заключение: бинт марлевый медицинский нестерильный разм. 7*14 соответствует требованиям ТУ 9393-005-10715071-2014, изготовлен из марли медицинской хлопчатобумажной по ТУ 9393-001-10715071-2014 артикул 6498/8

Зам. директора по качеству:

Начальник лаборатории:

