



Контейнеры КДС-30 и КДС-35 оснащаются боковым или нижним стивидровым устройством по заказу потребителя. Контейнеры с нижним стивидровым устройством рекомендуется устанавливать на тележку ТБ-01-«КРОНТ»-1 (по заказу). Срок службы не менее 3 лет.

### 3. Подготовка и порядок работы

- 3.1. Провести распаковку составных частей контейнера, протереть детали контейнера моющим раствором, ополоснуть водой, высушить и привести обработку в соответствии с МУ №287-113.
- 3.2. Обработка инструментов и изделий медицинского назначения осуществляется в соответствии с МУ №287-113 дезинфицирующими средствами, разрешенными в РФ. Для проведения обработки изделия (кроме КДС-6, КДС-БЛ-1К и КДС-БЛ-2К) и опустить в ванну,
  - залить ванну раствором до полного погружения обрабатываемых изделий, добиться полного заполнения полостей раствором (для обеспечения полного погружения легких предметов использовать утюпитель);
  - закрыть ванну с поддоном крышкой и выдержать экспозицию согласно режиму обработки;
  - извлечь поддон из ванны, установить его для стекания раствора согласно конструктивным возможностям исполнения контейнера.
- 3.3. По окончании работы проводится обработка составных частей контейнера в соответствии с МУ №287-113 и инструкциями по применению конкретных дезинфицирующих средств, разрешенных в РФ.

### 4. Техника безопасности

К работе по дезинфекции и стерилизации допускаются лица, ознакомленные с действующими правилами техники безопасности при работе с конкретными дезинфицирующими средствами.

### 5. Свидетельство о приемке

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» в исполнении КДС-3 соответствует техническим условиям ТУ 9451-009-11769436-2001 и признаны годными к эксплуатации.

Год изготовления 2022 Дата продажи 24 ИЮН 2022

Подпись \_\_\_\_\_  
Штамп предприятия



### 6. Утилизация

Утилизация контейнера после истечения срока службы должна проводиться в соответствии с установленными нормативно-правовыми актами и санитарными правилами СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

### 7. Условия транспортирования и хранения:

- 7.1. Контейнер в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться при следующих условиях:
  - Температура окружающей среды -50 °C ÷ +40 °C;
  - Относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25 °C.
  - При более высокой температуре влажность должна быть ниже указанной;
- 7.2. Контейнер должен транспортироваться в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с указанной на упаковке маркировкой. Допускается транспортирование всеми видами транспортных средств при температуре окружающего воздуха от -50 °C до +50 °C и относительной влажности 100% при температуре +25 °C.

### 8. Гарантийные обязательства

- 8.1. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.
- 8.2. При обнаружении дефекта в гарантыйный период defective изделие или его составная часть заменяются. Дефектное изделие и акт о наличии дефекта направляются на предприятие-изготовитель.
- 8.3. Претензии не принимаются: при наличии на изделии повреждений, полученных в результате нарушения режимов дезинфекции и стерилизации, применения изделия не по назначению.

### Адрес предприятия – изготовителя АО «КРОНТ-М»

Россия, 141400, Московская область г. Химки, ул. Спартаковская, д.9, пом.1  
 info@kront.com, Internet: www@kront.com  
 (495) 500-48-84 (многоканальный),  
Ред. от 05.2018 г.